

[ЗАКАЗАТЬ: ТКП-160Сг-М3 термометр манометрический](#)



**ТЕРМОМЕТР МАНОМЕТРИЧЕСКИЙ
КОНДЕНСАЦИОННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ
СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ
ТКП -160Сг – М3**

**ПАСПОРТ
СНИЦ.405 153.008 ПС**

[ЗАКАЗАТЬ: ТКП-160Сг-М3 термометр манометрический](#)

1 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 Диапазон измерений, °С от _____ до _____

1.2 Класс точности _____

Примечание - Предел допускаемой основной погрешности показаний устанавливается для последних двух третей шкалы, при этом на первой трети шкалы предел допускаемой основной погрешности не должен быть более:

$\pm 2,5\%$ от диапазона измерений – для термометров класса точности 1,5;

$\pm 4\%$ от диапазона измерений – для термометров класса точности 2,5.

1.3 Длина соединительного капилляра дистанционного термометра, м _____

Исполнение материала защитной оболочки капилляра медь (А); полиэтилен (Б)

1.4 Длина погружения термобаллона, мм _____ Ø термобаллона, мм _____

Материал термобаллона: сталь 12Х18Н10Т; латунь ЛС59-1

1.5 Температура окружающего воздуха, °С от минус 50 до 60.

1.6 Относительная влажность, % до 95 при 35 °С

1.7 Предел допускаемой основной погрешности срабатывания сигнализирующего устройства, % от диапазона измерений _____

ПРИМЕЧАНИЕ- Предел допускаемой основной погрешности сигнализирующего устройства устанавливается для последних двух третей температурной шкалы.

1.8 Предел допускаемой дополнительной погрешности показаний, от изменения температуры окружающего воздуха не более: $\pm 0,4\%$ от диапазона измерения на каждые 10 °С изменения температуры плюс $\pm 0,01\%$ от диапазона измерения на каждые 10 °С изменения температуры и на каждый метр дистанционного капилляра

1.9 Предел допускаемой дополнительной погрешности срабатывания сигнализирующего устройства от изменения температуры окружающего воздуха, °С $\pm 0,04\Delta t$,

Δt -абсолютное значение разности между температурой окружающего воздуха и 20 °С

1.10 Напряжение внешних коммутирующих цепей переменного тока, В 220⁺²²₋₃₃

Частота, Гц 50 ± 1

1.11 Разрывная мощность контактов сигнализирующего устройства, В·А 50

1.12 Полный средний срок службы, лет 10

1.13 Давление измеряемой среды, МПа до _____

1.14 Масса изделия, кг _____

Сведения о содержании драгоценных металлов в таблице 1.

Таблица 1.

Наименование	Сборочные единицы			Масса в шт. г.	Масса в изд. г.	Ном. акта	Примечание
	Обозначение	К-во шт.	К-во в изд. шт.				
Серебро Микропереключатель	ЮД6.057.008	1	2	0,1026	0,2052		

1.15 Сведения о содержании цветных металлов таблица 2.

Таблица 2.

Марка металла	Наименование деталей, содержащих цветной металл	Обозначение деталей	Масса цветных металлов
Латунь Л63	Вставка	2В7.690.906	0,1
	Вставка	2В7.690.906-01	0,08
	Втулка	2В8.223.914*	0,0067
	Хвостовик	2В8.236.176*	0,0183 кг - 0,1 м
	Дно	ЮД8.618.001*	0,0025
	Серьга	ЮД8.600.006	0,0011
Латунь Л96	Тяга	2В8.352.485	0,002
	Капилляр	2В8.629.459	0,026 кг - 1 м
	Трубка капиллярная	2В8.626.449	0,060кг -1м
Латунь свинцовая ЛС 59-1	ТКО	ЮД8.058.001	0,011
	Муфта соединительная		
	Термобаллон	2В8.084.172*	0,09699
Алюминевый сплав АМГ-2М	Втулка	2В8.220.184	0,003
	Втулка	2В8.227.192	0,009
	Втулка	2В8.257.064	0,0023
	Корпус	СНИЦ731114.039	0,16
Сплав АК-12	Крышка	СНИЦ731114.040	0,11
	Корпус	2В8.030.130	0,35
Сплавы медно-цинковые ЛАНКМц	Основание	2В8.060.037	0,35
	Пружина	ЮД.626.035	0,153
Бронза оловянная Бр. ОФ 6,5-0,15	Кулачок	ЮД.626.035-01	0,122
		2В8.860.043	0,0023
Бронза оловянная Бр. ОЗЦ7С5Н1	Держатель	ЮД8.126.021	0,053
Примечание - *применяется только для исполнений термометров с латунным термобаллоном			

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1 Комплектность термометра манометрического конденсационного показывающего сигнализирующего ТКП-160 Сг-М3 приведена в таблице 3.

Таблица 3

Обозначение документа	Наименование и условное обозначение	Кол.	Примечания
	Термометр ТКП160Сг-М3	1 шт.	По спецификации заказа
СНИЦ.405 153.008РЭ	Руководство по эксплуатации	1 экз.	При поставке термометров в один адрес допускается прилагать одно руководство по эксплуатации на каждые 2 термометра
СНИЦ.405 153.008ПС	Паспорт	1 экз.	
МП2411-0075-2012	Методика поверки	1экз	
ТУ2573-001-86678852-2008	Набивка «Графитекс»101 4x4 мм, длиной 160 мм	1 шт.	
БРО.364.028ТУ	Розетка ШР20П5НШ10Н	1шт	Допускаются аналоги

3 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ И УПАКОВЫВАНИИ

3.1 Термометр манометрический конденсационный показывающий сигнализирующий ТКП – 160Сг – М3 _____ заводской номер _____ соответствует техническим условиям СНИЦ,405 153.008 ТУ признан годным для эксплуатации.

Дата изготовления _____

Лицо ответственное за приёмку _____

Поверка _____ М. П.

Меж поверочный интервал 1 год

3.2 Упаковывание согласно требованиям, предусмотренных в конструкторской документации, произвёл _____

Дата упаковывания _____

Изделие после упаковки принял _____

М. П.

4 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие термометра требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа.

Гарантийный срок эксплуатации 5 лет со дня отгрузки.

5 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

5.1 Свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C.32.001.A №46221. Внесены в Государственный реестр средств измерений под № 49666-12

5.2 Декларация о соответствии таможенного союза ЕАС:
ТС №RU Д- RU.AT15.B.00066

5.3 Допущены к применению в Республике Беларусь
Сертификат об утверждении типа средств измерений № 8786. Внесены в Государственный реестр средств измерений Республики Беларусь под № РБ 03 10 5269 13